



產品規格

品名	單管式差壓計
量測範圍	0~1000mmH ₂ O / 0~1500mmH ₂ O
安裝接續	1/4" PT
指示液	水銀或蒸餾水
本體材質	SS304
面板材質	壓克力
直管材質	玻璃

操作說明

1. 調整水平。
2. 全開關斷閥。
3. 打開液體填充閥，加入蒸餾水或水銀至刻度尺零點。超過時於洩放閥排出至零點。
4. 關閉填充閥。

選型範例

P06 - 02 - 1000

量測範圍

1000: 0~1000mmH₂O

1500: 0~1500mmH₂O